

Znak sprawy: DZP-380-10/2018

Pytania i odpowiedzi

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego obejmującego „Dostawę rękawic diagnostycznych” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Pytanie 1

Część nr 1 pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga aby rękawice były przebadane na substancje najczęściej występujące w środkach dezynfekcyjnych min 70% izopropanol na minimum 2 poziomie odporności a wynik został potwierdzony badaniem producenta?

Odpowiedź brzmi:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 2

Dotyczy część 1 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o nieznacznie większej grubości na palcu - 0,12 mm i na dłoni 0,08mm. Różnica ta nie wpływa na komfort bezpieczeństwa pracy ich użytkownika, ponadto jest niewidoczna gołym okiem. Oferowane przez nas rękawice są szczelne, elastyczne i odporne na uszkodzenia mechaniczne, jednocześnie zapewniając bardzo dobrą chwytność i wrażliwość dotyku? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź brzmi:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 3

Dotyczy część 1 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic, których Deklaracja Zgodności posiada potwierdzenie zgodności z normą EN 455 bez wyszczególnienia wszystkich części. Takie oznakowanie bowiem jest równoznaczne z informacją, iż rękawica spełnia wszystkie cztery części w/w normy? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź brzmi:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 4

Dotyczy część 1 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic, których opakowanie posiada fabryczne oznakowanie EN 455 bez wyszczególnienia wszystkich części. Takie oznakowanie bowiem jest równoznaczne z informacją, iż rękawica spełnia wszystkie cztery części w/w normy? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź brzmi:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 5

Dotyczy część 1 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o biszkoptowej powierzchni z dodatkową teksturą na końcach palców? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź brzmi:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 6

Dotyczy część 1 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy opisując parametr siły zrywu miał na myśli wartość minimalną? Rękawice jakie pragniemy Państwu zaoferować posiadają bowiem

wyższe siły zrywu a co za tym idzie posiadają większą odporność na rozerwanie? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź brzmi:

Zamawiający w części nr 1 poz. 1 pkt 8 wymaga „siły zrywania min. 7N w całym okresie przechowywania”.

Pytanie 7

Dotyczy część 1 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Umożliwi to złożenie oferty na ten sam produkt w korzystniejszej dla Zamawiającego cenie.

Odpowiedź brzmi:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 8

Dotyczy część 1 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawicy oznakowanej jako Wyrób Medyczny i Środek Ochrony Indywidualnej kat. I przebadanych zgodnie z normą EN 374-3. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź brzmi:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 9

Dotyczy część 1 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic, których Deklaracja Zgodności posiada potwierdzenie zgodności z normą EN 455 bez wyszczególnienia wszystkich części. Takie oznakowanie bowiem jest równoznaczne z informacją, iż rękawica spełnia wszystkie cztery części w/w normy. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź brzmi:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 10

Dotyczy część 1 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic, których opakowanie posiada fabryczne oznakowanie EN 455 bez wyszczególnienia wszystkich części. Takie oznakowanie bowiem jest równoznaczne z informacją, iż rękawica spełnia wszystkie cztery części w/w normy. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź brzmi:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 11

Dotyczy część 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o nieznacznie większej grubości na palcu - 0,12 mm. Palce to część dłoni najbardziej narażona na uszkodzenia - oferowane przez nas rękawice są szczelne, elastyczne i odporne na uszkodzenia mechaniczne, jednocześnie zapewniając bardzo dobrą chwytność i wrażliwość dotyku. Rozmiar opakowania 12,1 cm x12,1cm x 16,5 cm pasujące do uchwytów ściennych z możliwością wyjmowania rękawic od spodu opakowania. Opakowanie a'200 z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź brzmi:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.