

Pytania i odpowiedzi

dotyczące zapytania ofertowego na „Dostawę obłożenia pola operacyjnego oraz materiałów medycznych” ogłoszonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.

Pytanie 1

Część nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o min. gramaturze 49 g/m² o wymiarach 150 x 170 cm z samoprzylepnym otworem \varnothing 12 cm, o odporności na przenikanie cieczy min. 150 cm H₂O, wytrzymałości na rozerwanie na mokro min. 126 kPa, pakowanej w opakowanie zawierające informację o dacie ważności nadrukowane na etykiecie głównej oraz na 2 naklejkach do dokumentacji medycznej?

Odpowiedź brzmi:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

PROJEKT UMOWY

§ 6, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- § 6 ust. 1 do kwoty 0,2% wartości niezrealizowanej części dostawy;
- § 6 ust. 2 do kwoty 1% wartości reklamowanej części dostawy;
- § 6 ust. 3 do kwoty 1% wartości dostaw, w których naruszono sposób i termin wystawienia faktury
- § 6 ust. 6 do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy

Odpowiedź brzmi:

Zamawiający podtrzymuje zapisy określone we wzorze umowy – załącznik nr 3.