



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LEŻAJSKU**



Znak sprawy: DZP.261.2.10.2025

Leżajsk, 12 listopada 2025 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

dotyczące postępowania obejmującego „**Dostawę nici chirurgicznych**” prowadzonego zgodnie z art. 70¹-70⁵ Kodeksu Cywilnego ogłoszonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.

Pytanie nr 1

Część nr 1

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne jałowe, poliglikolowe, plecione, powlekane, wchłaniające w ciągu 60-90 dni, czas podtrzymywania tkankowego około 80% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Część nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 22 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści wielkość opakowania a'12 sztuk? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 4

Część nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 22 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 5

Część nr 1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 1 jałowe nici chirurgiczne wykonane z kwasu poliglikolowego, plecione, wchłaniające do 90 dni, czas podtrzymania tkankowego 65% po 2 tygodniach i 40% po 3 tygodniach?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 6

Część nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 1, poz. 1 nici pakowane po 24 szt. w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 7

Część nr 1 poz. 2-12

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w LEŻAJSKU

adres: 37-300 Leżajsk, ul. Leśna 22

e-mail: sekretariat@spzoz-lezajsk.pl, strona www: www.spzoz-lezajsk.pl

telefony: centrala: 17 2404900, faks: 17 2404753, sekretariat: 17 2404700,

konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego, 15 1130 1105 0005 2010 3720 0007

NIP: 816-14-52-585, REGON: 000306650, KRS: 0000009781

Czy Zamawiający dopuści w części nr 1 poz. 2 – 12 nici pakowane po 36 szt. w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 8

Część nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w części nr 1 poz. 4 nitki o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 9

Część nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści w części nr 1 poz. 9 igłę 18 mm i/lub 22mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści w części nr 1 poz. 9 igłę 22mm, natomiast nie dopuszcza igły w rozmiarze 18 mm.

Pytanie nr 10

Część nr 2

Czy Zamawiający w części nr 2 dopuści nitki nylonowe pakowane po 36 szt. w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 11

Część nr 2 poz.1-7

Czy Zamawiający w części nr 2, poz. 1 – 7 dopuści nitki nylonowe o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 12

Część nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w części nr 2 poz. 2 igły o długości 35 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13

Część nr 3

Czy Zamawiający w części nr 3 dopuści szwy pakowane po 36 szt. w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia

Pytanie nr 14

Część nr 3 poz.1,2,4,5

Czy Zamawiający w części nr 3, poz. 1, 2, 4, 5 dopuści nici o długości 70 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15

Część nr 5

Czy Zamawiający w części nr 5 dopuści szwy pakowane po 36 szt. w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 16

Część nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie szwu chirurgicznego z nicią chirurgiczną o czasie podtrzymywania tkankowego 49% po 3 tygodniach w miejsce 50%. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17

Część nr 1 poz.4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie szwu chirurgicznego z igłą chirurgiczną wzmocnioną (nie pogrubioną) odporną na trudne warunki pracy. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18

Część nr 1 poz.12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły chirurgicznej o długości 31 mm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia

Pytanie nr 19

Część nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie szwów chirurgicznych pakowanych a' 12 szt. ze stosowanym przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 20

Część nr 3 poz.3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie szwu chirurgicznego z igłą chirurgiczną wzmocnioną (nie pogrubioną) odporną na trudne warunki pracy. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21

Część nr 2

Czy Zamawiający w części nr 2 dopuści opakowanie handlowe zawierające 12 saszetek?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 22

Część nr 2 poz.1

Czy Zamawiający w części nr 2 w poz. 1 dopuści nić o dł. 90cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia

Pytanie nr 23

Część nr 2 poz.2

Czy Zamawiający w części nr 2 w poz. 2 dopuści nić o dł. 90cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia

Pytanie nr 24

Część nr 3 poz.3

Czy Zamawiający w części nr 3 w poz. 3 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 25

Część nr 4 poz.1

Czy Zamawiający w części nr 4 w poz. 1 dopuści nić o dł. 150 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 26

Część nr 4 poz.4

Czy Zamawiający w części nr 4 w poz. 4 dopuści nić 5x75cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 27

Część nr 4 poz.5

Czy Zamawiający w części nr 4 w poz. 5 dopuści igłę o dł. 37mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 28

Część nr 4 poz.6

Czy Zamawiający w części nr 4 w poz. 6 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 29

Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści nici pakowane po 12 saszetek w opakowania zbiorcze z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem w górę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 17 listopada 2025 r. do godz. 09:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi 17 listopada 2025 r. o godz. 09:15.